

※和文のみの提供

機器名	CPT/FLX System
機器の欧米各国における承認取得情報	米国（FDA 2002～）、EU、オーストラリア、カナダなど、世界 12 か国で承認
機器の添付文書に掲載している重大な副作用一覧（ない場合、FDA など承認取得時の内容）	火傷、皮膚表面の小さな凸凹、一時的な痛み、ひりひり感、麻痺感、一時的な小瘤、一時的な紅斑、一時的な腫れ、色素増強、水泡形成、ヘルペスの発症 (キャリアの方)
機器の世界における納入台数	約 5303 台
累計患者数または治療数	治療数約 2,000,000 件
副作用報告（各国の厚生労働省などに提出しているもの）	34 件
製造元	Solta Medical